



ANEXO CONVOCATORIA

2068/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">-Pantalla LCD de 80 x 30mm.-Pre-visualización de señales en pantalla LCD antes del registro.-Alta resolución de impresión (8 puntos/ml).-Diseño completamente digital.-Filtros digitales que evitan interferencias por registro de señales ruidosas.-Batería recargable de litio que permite transporte y sin efecto memoria. Permite más de 3 horas de operación continua.-Derivación de ritmo.-Selección de modos manual y automático.-Cable paciente y equipo con protección contra desfibrilaciones.-Función autoajuste de línea base.-Aviso de desconexión de electrodos.-Posibilidad de comenzar la impresión con la onda P.-Papel 50mm x 30m.
2	<p>Incluye:</p> <p>Un cabezal de Oftalmoscopio Pocket Junior de 2.5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Con iluminación halógena de larga duración cuenta con 12 combinaciones de aperturas/filtros: micropunto, punto pequeño, punto grande, estrella de fijación y apertura de franja, filtro azul cobalto para exámenes de la cornea y libre de rojo. Dispone de 48 lentes, de -25 a +22 dioptrías, para mejor visualización <p>Un cabezal de Otoscopio Pocket Junior de 2.5V</p> <ul style="list-style-type: none">• Cabezal de otoscopio Pocket Junior de 2,5V, con iluminación halógena y fibra óptica de larga duración. Puerto de insuflación para realización de otoscopia neumática <p>Dos mangos Pocket Junior de 2.5V a pilas Un estuche blando de alta resistencia con compartimentos Set de espéculos reutilizables Marca Welch Allyn o similar calidad</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras