



ANEXO CONVOCATORIA

1040/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">- Tres (3) Módulos de alimentación manual (MA1-SSV) de una botella sin válvula de corte con válvula de tres vías a la salida. Presión de entrada de 200 bar, presión de salida 10 bar, para uso con ARGÓN, Oxido Nitroso y Acetileno.- Tres (3) Módulos de regulación para red de distribución dentro del laboratorio (MRL-SSV-1-), presión de entrada de 10 bar, salida hasta 8 bar con válvula de corte, regulación fina, para uso con ARGÓN, Oxido Nitroso y Acetileno.- Tres (3) Flexibles malla con cable seguridad para alta tensión, para uso con ARGÓN, Oxido Nitroso y Acetileno.- Cañería inoxidable de 1/4 entre módulos de alimentación (exterior) y módulos de regulación (interior). Montaje, instalación de cañerías, prueba de estanqueidad.
2	Equipo de aire acondicionado Split Piso-Techo, FC Elite, 18.000 Kcal/h, 20900 Watts, Carrier GTR (3F) o similar equivalente.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras