



ANEXO CONVOCATORIA

2050/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Estación Meteorológica automática con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Datalogger y sistema de transmisión de datos integrado GPRS para áreas con cobertura de celular GSM/GPRS.-Panel solar y batería interna recargable de 4AH-Transmisión de datos a internet programable por el usuario, desde una hora en adelante.-Intervalo de almacenaje de datos programable desde 10 minutos en adelante.- Tarjeta SIM(CHIP) a cargo del usuario, contratada en su área de cobertura.-Protección IP67.- posibilidad de contar con un sistema de pronóstico web en tiempo real. Preferiblemente poder contar con su uso durante un mes a prueba. <p>Sensores básicos:</p> <ul style="list-style-type: none">-Temperatura de Aire Rotronic (suiza) ó similar.- Humedad de aire Rotronic (Suiza) ó similar.- Punto de rocío (por software).- Pluviómetro automático PESSL Instruments (Austria) ó similar.- Velocidad de viento RM Young (US) ó similar.- Radiación solar Global tipo piranómetro PESSL Instruments (Austria) ó similar. <p>"Serán aceptables bienes conformes a otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las normas mencionadas."</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras

