



ANEXO CONVOCATORIA

1059/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	-Lectura de placas 6- a 96- pozos -Capacidad: 8 filtros -rango de longitud de onda: 400 a 750 nm -con software incluido para recolección de información e interfaz para exportación de datos -Indicar disponibilidad de servicio técnico y garantía. -Marca de referencia: Biotex o similar

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras