



ANEXO CONVOCATORIA

2059/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>-Portátil -con pantalla LCD y con espacio para mostrar resultados de medición de uno a ocho espacios de color/índices colorimétricos incluyendo L*a*b* (Modelo AMT507) . -iluminante/sistema de luz: 45/0, -abertura de medición: Ø8mm, -Modelo de presentación: L * a * b *, L * C * H *, E * ab, Δ (L * a * b *), Δ (L * C * H *), -Lenguaje de funcionamiento: chino o Inglés, -Módulo de medida: el modo individual, el modo Normal, -Iluminante estándar: D65, -Observador: Observe: 10 °, -Repetibilidad: Desviación Estándar: dentro Δ E * ab: 0,1 (Cuando las placas blancas de calibración se mide 30 veces, y se promediaron), -Tiempo de respuesta: 2 segundos, -fuente de alimentación: 4 pilas de tamaño AA o adaptador de CA, -Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C (32-104 °F); -Humedad relativa 85% o menos, -Tamaño (An): 110 x 60 x 190mm, -Peso: 310g (sin baterías) y sus accesorios: -Bolsa, tapa de protección, software, adaptador de CA, cable USB. -Módulo de referencia: modelo CR-20, marca Konica Minolta ó similar. Datos y condiciones Importantes: - Se habilita a cotizar en moneda extranjera. - Se solicita cotizar precio CIF Aduana Ezeiza Argentina. El despacho corre por cuenta de la UNCPBA -La adjudicación y pago está sujeto a la aprobación del ROECYT, el cual gestionará la UNCPBA. -Para efectuar el pago anticipado el adjudicatario deberá presentar póliza de seguro de caución por el 100% del valor a adelantar.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras