



ANEXO CONVOCATORIA

2105/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
|---------|---|
| 1 | <p>-Estativo con iluminador LED incorporado de más de 20.000 hs de vida media. -Tubo de observación binocular con tubos portaoculares inclinados a 30 grados y distancia interpupilar regulable entre 48 y 75 mm. -Par de oculares 10X con número de campo 20 y tratamiento antifúngico. -Platina rectangular con desplazamiento (76 x 30 mm) por alambre de acero, sin cremallera; Enfoque macrométrico con amplitud de 15 mm, ajuste de torque y limitador ajustable de movimiento ascendente para evitar la rotura de objetivos y preparados</p> <p>Acromáticos con corrección a infinito y tratamiento antifúngico: 4X (N.A. 0,10; distancia de trabajo 27,8 mm); 10X (N.A. 0,25; distancia de trabajo 8,0 mm); 40X retráctil (N.A. 0,65; distancia de trabajo 0,6 mm); 100X retráctil, de inmersión (N.A. 1,25; distancia de trabajo 0,13 mm). Condensador Abbe con apertura numérica 1.25. Aceite Inmersión.</p> <p>Modelo de referencia: Microscopio binocular CX23 Olympus ó similar.</p> |

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras