



ANEXO CONVOCATORIA

1073/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">- Determinación de viscosidad según normas ASTM ó equivalente- Potencia de calentamiento (valor de guía): 1000w- Agitación de motor (valor de guía): 1200 RPM-Rango de temperatura ambiente (valor de guía): 100°C-Control de precisión de temperatura-Viscosímetros capilares- Varios rangos de medición
2	<ul style="list-style-type: none">-Equipo para la determinación de residuos de petróleo después de la evaporación .-método Conradson- Determinación según norma ASTM D-189 ó equivalente- Compuesto por crisoles y mechero tipo bunsen
3	<ul style="list-style-type: none">Equipo para determinar Punto de Inflamación copa abierta "Cleveland"- Para determinar punto de inflamación y punto de combustión de productos derivados del petróleo y asfalto, según norma ASTM D-92 ó equivalente.- Rango de temperatura (valores de guía): -10 a 50°C

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras