



ANEXO CONVOCATORIA

5/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Se permite la cotización de equipos usados. Ventilador mecánico con sistema de fuelle para paciente pediátrico y adulto. Disponibilidad de modos ventilatorios PSV-PCV-VCV-SIMV P-V. Modo de ventilación con control de volumen asegurando un volumen corriente de 20 ml. Pantalla con curva presión tiempo. 3 gases: O2, N2O y Aire. PEEP electrónica. Espirometría. Aprobación ANMAT. Servicio de instalación y disponibilidad de posventa. Garantía: 6 meses
2	Se permite la cotización de equipos usados. Vaporizador termobarocompensado para isoflurano. Dial frontal. Sistema de encastre específico selectatec para anestesia inhalatoria. Servicio de calibración y disponibilidad de posventa. Garantía 24 meses.
3	Se permite la cotización de equipos usados. Sistema de análisis de bioquímica automático. Sistema abierto (que reciba cualquier tipo o marca de reactivos). Posibilidad de determinación única. Bandeja para más de 40 muestras. Velocidad: más de 200 pruebas/hora. Bidireccional. Muestras urgentes sin interrupción de la rutina. UPS, PC e impresora incluidos. Bandeja de reactivos refrigerada con 48 posiciones. Lavado automático de cubetas de reacción. Instalación, entrenamiento y posventa. Garantía 6 meses.
4	Equipo nuevo. De uso veterinario. Para múltiples especies. 30 test por hora. Diferenciación de población de blancos tripartita. Reactivos de iniciación. Garantía 12 meses.
5	SET CHASIS + PANTALLA CR MD1.0 35 x 43 cm Servicio de posventa Garantía 12 meses

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras

