



ANEXO CONVOCATORIA

2023/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Ceptómetro o sensor lineal compuesto por fibra óptica. Barra de medición de radiación fotosintéticamente activa (PAR) de 100 cm de largo. Display inteligente con luz, de 2x8 caracteres. Memoria no volátil de 1000 datos o más. Lectura directa en flujo de fotones (0 a 3000 $\mu\text{MOL m}^{-2} \text{s}^{-1}$). Nivel de burbuja para un correcto nivelado. Baterías recargables de níquel metal > de 100 h de uso continuo. Fuente de alimentación para carga de baterías. Software de descarga de datos bajo Windows 10. Interfase a PC por USB, WIFI o Bluetooth.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras