



ANEXO CONVOCATORIA

2031/2020

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none">• Se debe tratar de 30 termómetros CONTEC TERMOMETRO INFRARROJO TP500 o de calidad equivalente (no inferior) para uso en humanos.• Que se encuentren homologados por el ANMAT para uso en humanos;• La cotización debe ser en pesos (\$);• La entrega debe ser dentro de las 24 hs. desde emitida orden de compra de conformidad;• La entrega debe efectuarse, dentro de los plazos previstos, en las instalaciones de la Universidad, Pinto 399, Tandil;<ul style="list-style-type: none">• El oferente debe otorgar garantía mínima de 6 meses y servicio técnico en la localidad de Tandil;• La condición de pago es 72hs. de la conformidad de la entrega;

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras