



ANEXO CONVOCATORIA

2106/2021

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><u>Especificaciones técnicas:</u></p> <p>El sistema deberá proveer dos tipos de agua, una de ósmosis y otra ultra pura. Producción: 30 L/h 1º etapa, 10 L/h 2º etapa. Ósmosis inversa de doble paso y resinas de ionizantes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Filtro para sólidos en suspensión• Dos filtros de Carbono (uno granulado y otro activado)• 2 membranas de ósmosis inversa• 2 filtros de resinas de intercambio• <p><u>Descripción del equipo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Módulo de ósmosis con sistema de filtración de sedimentos y carbón activado de 10" x 2,5"• Tanque de acumulación de tipo hidroneumático de 4 litros.• Canilla de servicio de agua de ósmosis.• Canilla de salida de agua ultra pura.• Sistema de pulido de resinas de ionizantes de 10" x 2,5".• Tanque abierto de acumulación de 30 litros. <p><u>Especificaciones de los repuestos del equipo de agua por ósmosis inversa:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 4 filtros de sedimentos 10 x 2,5• 2 filtros de carbón (uno granulado y uno activado)• 1 membrana 400 gal• 3 resina de ionizante x litro• 1 membrana 100 gal

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras