



ANEXO CONVOCATORIA

2056/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Batería Padpak p/ DEA, Desfibrilador externo automático Samaritan SAM-003 PAD, (Heartsine Technologies), última generación (cartucho integrado –todo en uno- incluyendo fuente de poder y memoria, batería no recargable de LiMnO2 Dióxido de LitoManganeso de 18V-800 mA, garantizando 30 shock de 200J ó 6hs. de monitoreo continuo) incluye electrodos de desfibrilación. Cód. 145_PARCHEPADAD</p> <p>El oferente sera el encargado de realizar la instalación de lo requerido en los equipos existentes en la Universidad. La instalación se debera coordinar previamente con la Secretaria General.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras