



ANEXO CONVOCATORIA

1026/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Columna cromatográfica de C18, de 3 micrones de tamaño de partícula, 10 nm de tamaño de poro y 150 mm de largo x 3 mm de diámetro. Modelo o marca de referencia: Columna para HPLC Shimpack HR-ODS-150 L x 3.0. P/N 228-59908-95 o similar.
2	Cartuchos para extracción en fase sólida C18-U-500mg/3ml de fase reversa sin endcapping. Presentación: 50 unidades Modelo o marca de referencia: Cartuchos para extracción en fase sólida P/N 8B-S002-HBJ Phenomenex, Strata o similar.
3	FL-PR Florisil (170 µm, 80 Å), 1 g / 6 mL, Tubes , 200/Pk Presentación: 200 unidades Modelo o marca de referencia: Cartuchos para extracción en fase sólida 8B-S013-JCL, Phenomenex, Strata o similar.
4	Filtros de jeringa de Nylon de 0,22 micrones de poro, de 4 mm de diámetro para volúmenes menores a 2 ml, carcasa de polipropileno. Presentación: 500 unidades Modelo o marca de referencia: Filtros de jeringa de nylon Gamafil Cat N° DDRO2T0040 o similar.
5	Sorbente a granel PSA (amina primaria, secundaria) para SPE de 50 µm y 70 A. Presentación: 100gr Modelo o marca de referencia: Sorbente a granel PSA 04G-4610 Sepra, Phenomenex o similar
6	Sorbente a granel Sepra C18-E, de 50 micrones y 65 A. Presentación: 100gr Modelo o marca de referencia: C18, 04G-4348 Sepra, Phenomenex o similar

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras