



ANEXO CONVOCATORIA

2162/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Control automático del ciclo de esterilización Descarga automática de aire frío Descarga de vapor automática al finalizar el ciclo Display LCD que muestra el estado de trabajo del equipo Protección contra sobretemperatura, sobrepresión y falta de agua Emisión de señal sonora al finalizar el proceso Volumen: 50 litros Alimentación eléctrica: 220V Modelo o marca de referencia: Numak LS-50HD o similar
2	Intervalo de medición 0.00- 4 pH; 0.0-99.0°C Resolución de la medición: 0.01 pH Calibración en 3 puntos Precisión ± 0.05 pH/ $\pm 0.5^\circ\text{C}$ Modelo o marca de referencia: Ohaus ST20 o similar
3	Filtro HEAP con eficiencia: 99,9999% a 0,3um Sistema de control por microprocesador Pantalla LED Ventana frontal manual y prefiltro anti-radiación ultravioleta Velocidad de aire ajustable Tipo sobremesa Modelo o marca de referencia: Faithful o similar

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras