



ANEXO CONVOCATORIA

2256/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Control automático del ciclo de esterilización Descarga automática de aire frío Descarga de vapor automática al finalizar el ciclo Display LCD que muestra el estado de trabajo del equipo Protección contra sobretensión, sobrepresión y falta de agua Emisión de señal sonora al finalizar el proceso Volumen: 20-30 litros Alimentación eléctrica: 220V Referencia: Numak, Arcano o similar

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras