



ANEXO CONVOCATORIA

2164/2024

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	Calibración de T ^o (°C): -1 Estufa de aire forzado (50 a 200°C) -1 Analizador halógeno de humedad (50 a 160°C) -1 Horno mufla (30 a 3000°C) -1 termómetro de líquido en vidrio (-10°C a 250°C) Calibración de Masa (Gramos): -1 Balanza analítica (h/220 gr - D 0.001 gr) -2 Balanzas granatarias (h/200 gr y h/ 5200 gr) -1 Analizador halógeno de humedad (2 a 50 gr) Aclaración: Incluir los costos de traslado, estadía de personal y equipos en Tandil.
2	Calibración de Volumen (uL) -Micropipeta monocanal (100 a 1000 uL) -Micropipeta 12 canales (20 a 200 uL) Aclaración: las micropipetas serán enviadas al laboratorio encargado del servicio de calibración.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras