



## ANEXO CONVOCATORIA

2131/2018

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	- Registrador de Temperatura y humedad con entrada TSH/TEET, T/C.
2	- Medidor de PH LAQUAtwin ph 11 Principio de medición Método de electrodo de vidrio . Volumen mínimo de la muestra 0.1 ml ó más (50 ul con hoja de muestra B) Rango de medición de pH 0.0 a pH 14.0 de ph 0.01 a ph 14.00.

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras